

Pilawa, dnia 27.08.2020r.

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Pilawie
ul. Wojska Polskiego 16

.....
(pieczęć zamawiającego)

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZOZ.DAK.382.ZO.5/2020

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

**Zakup i dostawa 2 szt. „Przeływowych lamp UV-C STERILON FLOW 144W”
zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym przedmiot zamówienia.**

Termin realizacji zamówienia - **04.09.2020r**

Kryterium oceny ofert – cena ...**100.....%**
brak

Inne%

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy

.....

Uwagi:

.....

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pilawie ul. Wojska Polskiego 16, 08-440 Pilawa

lub poczta elektroniczną na adres: spzozpilawa@poczta.onet.pl

w terminie do 31 sierpnia 2020r do godz. 10.00

ZATWIERDZAM
Tomasz Sygnowski
Kierownik SPZOZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przepływowe lampy UV-C STERILON FLOW 144W DWUFUNKCYJNY - 2 SZT

- Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza
- Funkcja dwukierunkowej bezpośredniej dezynfekcji powierzchni
- Rodzaj światła: ultrafioletowe UV-C
- Kolor: obudowa biały mat, front srebrny ocynkowany
- Przepływ powietrza: 200 m³/h
- Filtr przeciwkurzowy
- Miejsce na filtr HEPA
- Żywotność źródła światła: 9000h
- Maksymalny metraż (kubatura) dezynfekowanego pomieszczenia przy dezynfekcji przepływowej wynosi ok. 75 m³
- Powierzchnia naświetlania przy dezynfekcji bezpośredniej z odległości 1m wynosi 7 m² (jeden kierunek) lub 2 x 7 m² (dwa kierunki)
- Długość Fali UV-C: 253,7 nm
- Napięcie zasilające: 220-240V
- Stopień szczelności: IP20
- Przewód zasilający: 3m
- Włącznik on-off
- Atest higieniczny

ZATWIERDZAM

Tomasz Sygnowski

Kierownik SPZOZ